

3.^a Reunión Nacional de Responsables de la Gestión de Equipo Médico

San Francisco de Campeche, Campeche, 28 y 29 de junio de 2017.

Mesa de Trabajo de Gestión de Equipo Médico

Ing. Elizabeth Orencio Lizardi

29 de junio de 2017



Contenido

1. Problemática
2. Solución
3. Subprocesos de la Gestión de Equipo Médico
4. Propuestas




1. Problemática



Falta de mantenimiento

- Recursos Humanos
- Recursos económicos





Reemplazo

- No se cuenta con un inventario funcional
- Falta de recursos económicos y humanos



Casos de procesos no satisfactorios



Trabajadores sindicalizados del IMSS accionan de falta de equipo y personal en el hospital de Ortopedia Magdalena de las Salinas.

Magdalena de la Salinas del IMSS, opera con aparatos obsoletos en los quirófanos, serías carencias de insumos y de personal. Los médicos sufren de fatiga y rezagos de cirugías hasta por ocho meses de pacientes con afectaciones de columna, cadera, traumatismos craneoencefálicos y con enfermedades de extremidades bajas, por padecer enfermedades de columna.

Encabezados por la enfermera y secretaria general de la Sección 32 del SNTSS, Beatriz Valdovinos Durán, alrededor de 100 representantes sindicales exigieron la renuncia del director del hospital de Magdalena de la Salinas, José Jaime González, a partir de enero. Los trabajadores realizaron una manifestación y rezagos de cirugías hasta por ocho meses de pacientes con afectaciones de columna, cadera, traumatismos craneoencefálicos y con enfermedades de extremidades bajas, por padecer enfermedades de columna.

"El servicio del quirófano está colapsado. Hemos llegado al grado de que el paciente es anestesiado para ser intervenido quirúrgicamente; sin embargo, se abre un equipo, se abre otro y no se puede concluir su procedimiento quirúrgico, por lo que el paciente debe ser trasladado a otro hospital. Esto se hace en medio de pancartas desplegadas en la explanada del hospital, en las que se denuncia el "riesgo" que corre el paciente y el personal por equipo obsoleto, inservible y carente.

Beatriz Valdovinos Durán explicó que en dicho hospital de alta especialidad, en promedio, se llevaban a cabo 30 cirugías al día, de personas que incluso se trasladan desde Chiapas, Oaxaca, zonas pobres del país.

Sin embargo, debido a la falta de condiciones óptimas, se acordó con el director del hospital de Magdalena de la Salinas, José Jaime González, reducir las intervenciones a 20 personas, cada 24 horas, conforme al equipo disponible.

Aunque el hospital se terminó de construir en 2015, y ya cuenta incluso con equipo de Rayos X y ultrasonido, no existe personal médico que lo atienda, por lo que se encuentra en el abandono total.

Según un video en redes sociales, a un mes y ocho días de que se inaugurará el Hospital de Yajalón, este aún se encontraba sin operar.

(Con información de Excelsior)

Desde el mes de enero no podrán hacer 6 estudios de laboratorio; equipos y servicios, descontinuados

Asigna contratos a Diproquisa pese a carencias; 57 clínicas pagarán el costo

Por JOSÉ CRUZ MARTÍNEZ

Periódico La Jornada
Lunes 7 de diciembre de 2015, p. 45

50 clínicas familiares del Instituto de Seguridad y Servicios Médicos de los Trabajadores del Estado (Issste) quedarán sin insumos para realizar seis pruebas de diagnóstico por imagen y reactivos con los que la institución ha trabajado en la última semana descontinuados.

En enero de 2014, también informó que el servicio, refacciones y servicio para estos equipos finalizaría el 31 de diciembre de 2015. *La Jornada* tiene copia de ambos documentos y solicitó al Issste información sobre este asunto, pero no hubo respuesta.

Sobre los reactivos, Ortho Clinical Diagnostics indicó a los distribuidores que habría para ese año y hasta agotar todo el inventario. Aun así, el Issste asignó los contratos a Diproquisa en 2015.

La empresa fabricante desde 2012 que a pesar de ello, funcionarios del instituto asignaron los contratos al mismo distribuidor durante este periodo, con costo 34 por ciento más caro respecto de las ofertas de otros proveedores.

Además del sobreprecio que ha pagado el Issste a la empresa Diproquisa —sobre todo en los años recientes, cuando aumentó el número de concursantes—, en 2015 le asignó los contratos en forma directa, es decir, sin licitación, contra lo que

Las consecuencias las pagarán los derechohabientes a partir de enero, pues no habrá los insumos para las pruebas clínicas y la licitación para el abasto de 2016 apenas se prepara, según la información de proveedores que, sin éxito, han denunciado las irregularidades.

No hay licitaciones

Los inconformes aseguraron que el área médica del Issste "ha pasado por alto las deficiencias de Diproquisa" y lo que es peor —dijeron— es que hay la




2. Solución

Gestión de Equipo Médico

Conjunto de procedimientos sistemáticos para proveer y evaluar la tecnología eficaz, segura y costo efectiva en una unidad médica o en un sistema de salud; estos procedimientos involucran la detección de necesidades, planeación, evaluación, adquisición, instalación, mantenimiento, capacitación, uso, obsolescencia y baja del equipo médico y/o su reposición.



3. Subprocesos de la Gestión de Equipo Médico



INVENTARIO FUNCIONAL

CAPACITACIÓN

MANTENIMIENTO

ADQUISICIÓN DE
REFACCIONES Y ACCESORIOS

CONTROL DE CALIDAD

TECNOVIGILANCIA

OPERACIÓN



GRACIAS

Ing. Elizabeth Orencio Lizardi
orencioely@gmail.com
elizabeth.orencio@salud.gob.mx



CENETEC-Salud
Organización gubernamental



@CENETEC

